

校正結果

品名 : デジタルマルチメータ
型式 : *****
製造番号 : *****
製造者 : *****
管理番号 : *****

校正結果

1. 直流電圧

レンジ	入力値	校正結果	校正の不確かさ	包含係数
1000 V	999.996 V	999.985 V	20 ppm	$k=2$
100 V	100.0001 V	99.9981 V	20 ppm	$k=2$
10 V	9.99999 V	9.99999 V	15 ppm	$k=2$
1 V	0.999996 V	0.999989 V	15 ppm	$k=2$
1 V	0.799997 V	0.799992 V	15 ppm	$k=2$
1 V	0.599998 V	0.599994 V	15 ppm	$k=2$
1 V	0.399999 V	0.399997 V	15 ppm	$k=2$
1 V	199.9989 mV	0.199998 V	25 ppm	$k=2$
100 mV	99.9996 mV	100.0005 mV	30 ppm	$k=2$

校正条件

校正結果は、5回測定した平均値である。
校正の不確かさは、包含係数 k とした拡張不確かさであり
約95%の信頼の水準をもつと推定される区間を与える。

使用標準器 :

	名 称	製造者	型 式	製造番号	当社管理番号
常用参照標準	キャリブレータ	*****	*****	*****	STD-***

以上