

試験・校正成績書

品名：UNIVERSAL COUNTER
型式：
製造番号：
製造年：
製造者：

依頼者：国華エンジニアリングサービス株式会社
所在地：大阪市北区天満1丁目6番14号
管理番号：

発行日：2021年4月1日
試験の結果は、下記の試験項目を実施し、その成績であることを証明します。
(受領時の状態：外観破損無し、調整無しで試験・校正を実施)
国華エンジニアリングサービス 株式会社
大阪市北区天満1丁目6番14号
試験・校正成績書発行責任者 築 田 智

標準器番号：STD-
試験日：2021年4月1日
実施場所：国華エンジニアリングサービス 株式会社
キャリブレーションセンター
大阪市北区天満1丁目6番14号

温度：℃
湿度：%

試験者：

試験項目	代表許容値	結果
基準発振安定度	$\pm 5 \times 10^{-8}$ /月	合格
入力感度	INPUT A, B : 25mV[rms]:DC~100MHz INPUT C : 20mV[rms]:100~1300MHz	合格
一般動作	外観・基本動作	良好

製造者仕様の許容値にて合否判定

1. 基準発振安定度試験

基準発信周波数
10.00000000 MHz

校正値
10.00000000 MHz

2. 周波数入力感度試験

			許容誤差
INPUT A	5.0 mV	[rms]/ 100MHz	≤25mV [rms]
	10.0 mV	[rms]/ 10MHz	≤25mV [rms]
INPUT B	5.0 mV	[rms]/ 50MHz	≤25mV [rms]
	10.0 mV	[rms]/ 10MHz	≤25mV [rms]
INPUT C	5.0 mV	[rms]/ 1000MHz	≤20mV [rms]
	10.0 mV	[rms]/ 100MHz	≤20mV [rms]

この成績書に記載する標準器は、国家標準にトレーサブルである。